


**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SANTO AMARO DA**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 02.307.876/0001-00

Telefone: (48) 3245-4300

Rua Tereza Cristina, 306

CEP: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nr.: 7/2022 - PR

Processo Administrativo: 7/2022

Data do Processo: 23/05/2022

## ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	2,000	UN	<p>Desfibrilador Externo Automático - DEA - Desfibrilador Externo Automático - Tecnologia bifásica de desfibrilação. Ajustes de energia disponíveis: 2 a 200J no mínimo Níveis de ajuste: 10 níveis; disponíveis no mínimo Modos de operação: Desfibrilação manual, cardioversão sincronizada e desfibrilação externa semiautomática (DEA) Controle : Seletor para ajuste da energia selecionada Tempo de carga: Até 7 segundos para 200 Joules Desarme Manual e/ou automaticamente em menos de 60 segundos. MONITOR / DISPLAY Tamanho – Tela: No mínimo 6,5" polegadas Tipo – Tela: Display em LCD com: 4 curvas Simultaneas; DESFIBRILAÇÃO Administração do choque: Desfibrilação através das pás descartáveis adulto/Pediátrica. DEA Perfil de aplicação de energia: Sistema de orientação: Via comandos de voz e mensagens de texto em tela, em português. ECG Derivações de ECG: Pelo menos 3 derivações (I, II e III) e possibilidade de expansão para 7 derivações ( aVR, aVL, aVF e V); Frequência Cardíaca: 20 a 300 bpm; Resposta de frequência de Mínimo de 5 valores diferenciados, AUTO e diagnóstico: de 0,05 a 100 Hz ou superior Amplitude (ganho): Mínimo de 5 valores diferenciados, AUTO Monitorização do ECG: Pelas pás, Eletrodos (Ped/Adulto)ou cabo de ECG; Velocidade de Varredura: 25 mm/seg ou 50mm/seg . PARÂMETROS OXIMETRIA DE PULSO (tecnologia para baixa perfusão comprovada): faixa de medição para spo2: 70 a 99%; incerteza de medição (spo2); 2% (de 80 a 99%); deve apresentar o pletismograma; resolução:1%; Apresentação: Curva pletismográfica e valor numérico. Capnografia Pressão Não Invasiva: Possibilidade de monitorização de CO2 e PNI. IMPRESSÃO Largura do Papel: Largura mínima de 50mm Relatório impresso: Completo do atendimento e todos os passos dados. ALARMES Tipo: Audiovisuais FV/TV: Com comandos de voz e de texto em tela</p> <p>Frequência Cardíaca ou de Pulso (máxima e mínima). BATERIA Autonomia – Monitorização: 180 minutos Autonomia – Choques: 100 descargas a 200J de Autonomia- Visualização do estado de carga da bateria através de ícone em tela indicando nível da</p>	26.653,0000	53.306,00

carga. SEGURANÇA Norma internacional CEM: Em conformidade com a 60601-1-2 Norma de Segurança básica de desfibriladores:  
 Atender a norma 60601-2-4 Índice de Proteção (água/sólidos): Mínimo IP41 GERAL Peso: Peso máximo da unidade de 6 kg Alimentação: Bivolt automática entre 100 e 240 V – 60 Hz Memória:  
 Incorporada ao equipamento para registro de eventos Testes: Básicos para verificar carga, bateria, impressão, alarmes, comandos de voz e marcapasso Transferência de dados: Por cartão SD ou RS 232 ou USB ou bluetooth Software: Em língua portuguesa, bem como todas as mensagens de voz, textos de alarmes e menu de configuração.  
 Garantia de 03 anos para o equipamento.  
 Acessorios  
 01 Cabo e pré cabo de ECG 03 vias no mínimo  
 01 Cabo e pré cabo de SPO2 no mínimo  
 04 Quatro Pás de DEA  
 01 Cabo de PNI  
 01 Manguito para Obeso,  
 01 Manguito Adulto,  
 01 Manguito Pediatrico  
 01 Cabo de Alimentação  
 01 Bateria  
 01 Bolsa para transporte  
 Garantia de Três Anos.

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	53.306,00
----------------------------------	--------------	-----------