

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 10/2020 - PR

CNPJ: 02.307.876/0001-00 **Telefone: 245-4300**
Praça Governador Ivo Silveira
C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 10/2020
Data do Processo Adm.: 08/07/2020
Processo de Licitação: 10/2020
Data do Processo: 08/07/2020

Folha: 1/3

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	5,000	un	Câmara portátil para conservação de imunobiológicos, vacinas, hemoderivados e termolábeis. Características técnicas; volume interno de no mínimo 15, 5L com trabalho de temperatura +2°C a + 8°C, com medidas externas no mínimo (AXLXP) 415mmx235mmx565mm, sua autonomia de funcionamento deverá ser no mínimo 4h com bateria de lítio. Peso básico vazio aproximado em 9kg Características funcionais: sistema de refrigeração com compressor hermético, que seja silencioso e tenha sistema de refrigeração com ventilação interna. Deverá obter a capacidade de ligação direto com bateria de veículo automotor na tomada de 12/24 VCC e ainda em energia 110/220 VCA; deverá conter um painel de comando e controle com display LCD com fundo iluminado e caracteres expandidos para rápida visualização, além de saída USB que deverá armazenar o histórico de temperaturas em intervalos de no mínimo 30 minutos e por 7 dias através de pen drive. O display LCD deverá exibir temperatura do momento, máxima e mínima acompanhada de data e hora. Deverá conter leitura digital no painel com acionamento de teclas ou touch screen. Sistema de alarme sonoro e visual sempre que houver temperatura fora do que é programado, devendo conter tecla ou touch screen para desativação deste alarme, o display deve possuir indicador de nível da bateria e software para configuração e monitoramento via dispositivo computador para organização de dados registrados. Características estruturais: o gabinete externo poderá ser em plástico em cor neutra (branco, cinza, preto), o gabinete interno deverá ser em aço inox/aço galvanizado, porta de acesso com alta resistência. O produto deve possuir alça e rodas acopladas com a estrutura para transporte, isolamento térmico em		7.800,0000	39.000,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 10/2020 - PR

CNPJ: 02.307.876/0001-00 **Telefone: 245-4300**
Praça Governador Ivo Silveira
C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 10/2020
Data do Processo Adm.: 08/07/2020
Processo de Licitação: 10/2020
Data do Processo: 08/07/2020

Folha: 2/3

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
2	1,000	un	<p>polieuretano injetado (livre de CFC). Deverá conter dois cabos der alimentação; 1 para ligar na tomada do automóvel de 12/24 VCC e 1 cabo para ligação em tensão 110/220 volts; bateria de lítio com autonomia mínima de 4h e garantia mínima de 12 meses. (11-02-0023)</p> <p>Câmara portátil para conservação de imunobiológicos, vacinas, hemoderivados e termolábeis. Características técnicas; volume interno de no mínimo 30L com trabalho de temperatura +2°C a + 8°C, com medidas externas no mínimo (AXLXP) 488mmx621mmx343mm, sua autonomia de funcionamento deverá ser no mínimo 4h com bateria de lítio. Peso básico vazio aproximado em 30kg Características funcionais: sistema de refrigeração com compressor hermético, que seja silencioso e tenha sistema de refrigeração com ventilação interna. Deverá obter a capacidade de ligação direto com bateria de veículo automotor na tomada de 12/24 VCC e ainda em energia 110/220 VCA; deverá conter um painel de comando e controle com display LCD com fundo iluminado e caracteres expandidos para rápida visualização, além de saída USB que deverá armazenar o histórico de temperaturas em intervalos de no mínimo 30 minutos e por 7 dias através de pen drive. O display LCD deverá exibir temperatura do momento, máxima e mínima acompanhada de data e hora. Deverá conter leitura digital no painel com acionamento de teclas ou touch screen. Sistema de alarme sonoro e visual sempre que houver temperatura fora do que é programado, devendo conter tecla ou touch screen para desativação deste alarme, o display deve possuir indicador de nível da bateria e software para configuração e monitoramento via dispositivo computador para organização de dados registrados. Características estruturais: o gabinete externo poderá ser em plástico em cor neutra (branco, cinza, preto), o gabinete interno deverá ser em aço inox/aço galvanizado porta de acesso com alta resistência. O produto deve possuir alça e rodas acopladas com a estrutura para transporte, isolamento</p>		7.600,0000	7.600,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE SAUDE DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 10/2020 - PR

CNPJ: 02.307.876/0001-00 Telefone: 245-4300
Praça Governador Ivo Silveira
C.E.P.: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz - SC

Processo Administrativo: 10/2020
Data do Processo Adm.: 08/07/2020
Processo de Licitação: 10/2020
Data do Processo: 08/07/2020

Folha: 3/3

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			térmico em polieuretano injetado (livre de CFC). Deverá conter dois cabos der alimentação; 1 para ligar na tomada do automóvel de 12/24 VCC e 1 cabo para ligação em tensão 110/220 volts; bateria de lítio com autonomia mínima de 4h e garantia mínima de 12 meses. (11-02-0024)			
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Máximo Geral:	46.600,0000